

IMA

IMPORT MEDICAL ANICAMA

FICHA TÉCNICA

CONTENEDORES DE BARRERA ESTERIL CON FILTROS SUSTITUIBLES DE 1 STU (CONTENEDOR FILTRO)

MARCA: CBM

PROCEDENCIA: ITALIA

MODELO: CONTENEDORES CON FILTROS SUSTITUIBLES DE 1 STU (CONTENEDOR FILTRO)

BREVE DESCRIPCIÓN

EL SISTEMA DE CONTENEDORES CBM REPRESENTA LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS CENTROS DE ESTERILIZACIÓN MODERNOS. LA FLEXIBILIDAD DE LA AMPLIA GAMA DE CONTENEDORES DISPONIBLES OFRECE A LOS OPERADORES UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS.

ESTRUCTURA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A	GENERALES
	ESTRUCTURA
A01	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AUSTÉNICO Y EN ALUMINIO ANODIZADO.
A02	VIENE EQUIPADO CON UN TRABAFILTRO REALIZADO EN ALUMINIO ANODIZADO DURO Y ACERO INOXIDABLE.
A03	EL SISTEMA DE CIERRE CON 4 PUNTOS DE BLOQUEO GARANTIZA VELOCIDAD Y ES PRÁCTICO.
A04	EL SELLADO EN SILICONA DEL TRABAFILTRO ASEGURA QUE EL AIRE Y EL VAPOR ENTREN SOLO A TRAVÉS DEL FILTRO.
A05	EL TRABAFILTRO, DE HECHO, ES UNIVERSAL Y PERMITE EL USO DE FILTROS DE DIFERENTE MATERIAL YA SEA DE PAPEL, ALGODÓN, SINTÉTICO Y PTFE.
A06	GRACIAS A LA GEOMETRÍA DEL SISTEMA FILTRANTE ES POSIBLE OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL MATERIAL DE CONSUMO.
	FILTRO EN EL FONDO
A07	LOS CONTENEDORES A FILTRO PUEDEN SER REALIZADOS CON EL FONDO PERFORADO.
A08	ADEMÁS, Y CON DOBLE SISTEMA FILTRANTE, EN EL CUERPO Y EN LA TAPA.
	TAPA
A09	LOS CONTENEDORES A FILTRO PUEDEN SER REALIZADOS CON LA TAPA NO EXTRAÍBLE.
A10	SON FABRICADOS CON BISAGRAS APLICADAS ENTRE LA TAPA Y EL CUERPO.
	MANIJAS EXTRA-LARGE

A11	EN ALTERNATIVE A LA MANIJA TRADICIONAL CON INCLINACIÓN A 180°.					
A12	LOS CONTENEDORES FILTRO PUEDEN SER REALIZADOS CON MANIJAS EXTRA-LARGE, POSEEN UN SISTEMA DE BLOQUEO A 90°.					
B	CAPACIDAD Y MEDIDAS DISPONIBLES POR STU					
B01	CAPACIDAD DE 1 STU					
B02	MEDIDAS DISPONIBLES (MM)					
	Largo	Ancho	Altura		Carga max. Kg (metal)	Carga max. Kg (Textil)
	600mm	300 mm	260mm		10	7.5
	600mm	300 mm	210mm		8.1	6.1
	600mm	300 mm	160mm		6.2	4.6
	600mm	300 mm	135mm		5.2	3.9
	600mm	300 mm	110mm		4.2	3.2
C	ESTANDARES DE REFERENCIA					
C01	2007/47/CE Y 93/42/CE DIRECTIVA – DISPOSITIVO MÉDICO					
C02	EN 285 ESTERILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. ESTERILIZADORES DE VAPOR GRANDES.					
C03	EN ISO 11607-1: 2009 EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS TERMINALMENTE - REQUISITOS PARA MATERIALES, SISTEMAS DE BARRERA ESTÉRILES Y SISTEMAS DE EMPAQUE.					
C04	EN 868-8 SISTEMAS Y MATERIALES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS EN SU FASE FINAL. RECIPIENTES REUSABLES PARA ESTERILIZADORES DE VAPOR QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS EN 285					
C05	EN ISO 11140-1 ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS. INDICADORES QUÍMICOS.					
C06	EN ISO 9001: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.					
C07	UNI EN ISO 13485: DISPOSITIVOS MÉDICOS - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.					
C08	EN ISO 11607-2: EMBALAJES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS TERMINALMENTE. REQUISITOS PARA PROCESOS DE FORMACIÓN, SELLADO Y ENSAMBLAJE.					
D	OPCIONES DISPONIBLES					
D01	TAPAS DE COLOR: LA TAPA DE LOS CONTENEDORES A FILTRO EN ALUMINIO, CON TRATAMIENTO DE ANODIZADO SUAVE, ES DISPONIBLE EN DIVERSAS COLORACIONES.					
D02	MANIJAS DE COLOR: LAS MANIJAS VIENEN DOTADAS DE UN REVESTIMIENTO ERGONÓMICO, DISPONIBLE EN DIVERSOS COLORES, SEA PARA LAS VERSIONES EN ACERO INOXIDABLE QUE PARA AQUELLAS EN ALUMINIO CON ANODIZACIÓN DURA.					